

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд
Број: **404-02-00147/2019-13**
Датум: 11.04.2019.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

по јавној набавци бр. **1.1.6/19** - Лабораторијски инструменти и опрема

П-питање

О-одговор

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања везана за ЈН број 1.1.6/19

Питање:

У техничкој спецификацији ЈН бр. 1.1.6/19 у делу спецификације који се односи на :

Контрола инструмента и манипулација подацима пише да:

“Софтвер мора да контролише све компоненте Система, укључујући GC са припадајућим детекторима (FID, ECD, **FPD**) , аутосемплер и MS/MS спектрометар те да омогући прикупљање података анализе за истовремено два детектора или појединачно без коришћења екстрахованих цхроматограма користећи додатни софтвер. “У наведеном тексту се спомињу детектори FID, ECD, **FPD** док су техничком спецификацијом захтевани FID, ECD и **NPD**, претпостављамо да се ради о штампарској грешци и указујемо вам на исту. Сматрамо да уместо горе наведеног текста треба да стоји:

“Софтвер мора да контролише све компоненте Система, укључујући GC са припадајућим детекторима (FID, ECD, **NPD**) ,аутосемплер и MS/MS спектрометар те да омогући прикупљање података анализе за истовремено два детектора или појединачно без коришћења екстрахованих цхроматограма користећи додатни софтвер. “

Одговор:

Дошло је до штампарске грешке. Хвала што сте нас упутили на грешку.

2. Везано за следећу документацију:

-ауторизација произвођача опреме да је понуђач овлашћен за продају и сервисирање предметне опреме, односно Изјаве или Потврде од стране произвођача

- изјаве које издаје произвођач опреме везане за техничке карактеристике опреме

- сервисни сертификат на име сервисера издат од стране произвођача опреме

Да ли је прихватљиво да горе наведена документа буду достављена на енглеском језику без превода на српски језик?

Одговор:

Прихватљиво је да документа буду достављена на енглеском језику.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 1.1.6/19